



РОССТАНДАРТ
Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Свердловской области»
(ФБУ «УРАЛТЕСТ»)
620990, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 2А
тел. (343) 236-30-15
www.uraltest.ru uraltest@uraltest.ru

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц в области поверки средств измерений № RA.RU.311249

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

При повторной поверке
предъявление свидетельства
обязательно

№ 1221239

Действительно до «18» ноября 2020 г.

Средство измерений Спектрометр эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой Optima
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
4300 DV, рег. № 20781-01

заводской (серийный) номер 077N1101801

в составе —

номер знака предыдущей поверки —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с документом "Спектрометры эмиссионные с индуктивно-связанной плазмой
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Optima моделей 2000 DV, 4100 DV, 4200 DV, 4300 DV фирмы Perkin-Elmer, США. Методика
поверки", утв. ГЦИ СИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" в 2000 г.

с применением эталонов ГСО 7256-96, партия № 3, годен до 01.12.2019; ГСО 7254-96, партия
регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
№ 1, годен до 01.02.2020; ГСО 7266-96, партия № 2, годен до 04.07.2022; ГСО 7255-96, партия
№ 4, годен до 05.08.2022; ГСО 7472-98, партия № 2, годен до 03.06.2022

при следующих значениях влияющих факторов температура окружающей среды 21,3 °С;
перечень влияющих факторов,

относительная влажность воздуха 34,0 %; атмосферное давление 101,5 кПа; напряжение
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

питания 220,0 В; частота питающей сети 50,0 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

пригодным к применению.

ненужное зачеркнуть

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

подпись

Дедков Денис Геннадьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Москвин Антон Андреевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

«19» ноября 2019 г.